

Hinweise zur Grundüberholung des Lungenautomaten einschließlich des Schlauchs

Der Schlauch ist hierbei auf äußere Beschädigungen zu untersuchen. Die Leckageprüfung erfolgt unter einem Druck von 10 bar. In diesem Zustand ist der Schlauch auf sichtbare Leckagen und äußere Beschädigungen zu überprüfen.

Hinweise zur Grundüberholung der Tragevorrichtung

Die Grundüberholung der Tragevorrichtung beinhaltet:

- Die Überprüfung der Bänderung auf Verfärbung.
- Die Sichtkontrolle aller Nähte.
- Die Überprüfung der Schnallen und Verschlüsse auf Verstellbarkeit und Arretierung.
- Die Überprüfung des Tragesystem (Rückenplatte mit Schultergabel) auf Beschädigung.
- Soweit vorhanden die Überprüfen der Arretierung der Schultergabelverstelloption (dieses gilt z. B. beim DrägerMan PSS 100 und PSS 500).

Wirksamkeit und Anwendungsbereich der vfdb 08/04

Die vfdb 08/04 trat am 01.07.2002 in Kraft. Sie gilt für alle Geräte, deren Herstellung nach dem 01.07.2002 erfolgte.

Darüber hinaus haben sich alle Hersteller von Atemschutzgeräten dazu verpflichtet, den Inhalt der vfdb 08/04 insbesondere die Wartungs- und Austauschfristen in die Gebrauchsanweisungen der nach dem 01.07.2002 zugelassenen Atemschutzgeräte aufzunehmen. Bei allen Geräten, deren Gebrauchsanweisung den Inhalt der Richtlinie 08/04 nicht beinhaltet, hat der Kunde ein Wahlrecht, ob er auch bei diesen Geräten die neuen Bestimmungen anwendet oder wie bisher verfährt.

Die Dräger Safety empfiehlt aus organisatorischen und logistischen Gründen auch bei den Geräten, die vor dem 01.07.2002 zugelassen wurden, nach den neuen Regelungen der vfdb 08/04 zu verfahren. Sie folgt damit der Empfehlung des Referats 8 der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.